

BL 制御プログラム及びモーターの制御プログラムで通信エラーが出た時

0.PC と BLWS との間で通信が不可能になると、LabVIEW 上では”エラー56”と表示されます。Hang-up していることが考えられますので X 端末を再立ち上げして下さい。

1. 全てのパネルを最小化する。
2. 画面下の絵の中の中央のエルモの絵「KILLMAIN」（背景が夜）を一回押す。



3. レレレのおじさんの絵の「CLEANUP」を押す。



4. 2、3 秒時間をおいてから左端のエルモの絵「STARTMAIN」（背景がオレンジ色）を押す。（全ての GUI が立ち上がるまで待つ）



5. LabVIEW のプログラムを再度実行して下さい。